

# DHPU kalibreringsattest til højdemåler:

**Instrument:**

**Master Instrument:**

**Master Kalibrerings dato:**

- Denne test må udføres af DHPU-uddannede personer i DHPU's klubber.
- Testen er gyldig i **5 år**, medmindre højdemålerfabrikanten anbefaler en kortere periode.
- I første kolonne indsættes afvigelse fra masterinstrument.
- Placer masterinstrumentet og højdemåleren i vacuumklokke.
- I anden kolonne noteres aflæsning af højdemåler.
- I tredje kolonne udregnes afvigelse.
- Kopi af testen sendes eller e-mailer til DHPU's sekretari at .
- Originalen **skal medbringes** under flyvning.

Faktisk højde i meter Master højdemåler, højde i meter	Højdemåler aflæst i meter:	Afvigelse i meter: Maks. afvigelse 30m
Om Master:        0		
300m Master:		
1500m Master:		
3000m Master:		

Kalibreringsdato  
(dd.mm.yyyy)

=====

\_\_\_\_\_

Testen udført af (skriv med **blokbogstaver**):-

=====

Testpersonens underskrift